



Braniewo, dnia 21.03.2016r.

**Do:
wykonawców postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego**

**dot. : przetargu nieograniczonego nr sprawy D/1/2016 dla dostawy o wartości poniżej
207 000 euro**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej który nie posiada obrazowania harmonicznego dla oferowanej głowicy endokawitarnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z obrazowaniem w trybie skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie krzyżowe) dostępnym na oferowanych głowicach convex oraz linia pracującym w trybach pracy 2D z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z głowicą convex z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych o częstotliwościach pracy z zakresu 2 do 8 MHz o 192 elementach piezoelektrycznych i kącie obrazowania 58 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z głowicą convex wykonaną w technologii S-VUE (monokryształu - zapewniającą wyższą jednorodnością w całym zakresie głębokości obrazowania, większą głębokością obrazowania, wyższą czułością oraz wyższy kontrastem uzyskanego obrazu), z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych o częstotliwościach pracy z zakresu 1 do 7 MHz o 160 elementach piezoelektrycznych i kącie obrazowania 70 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z głowicą endocavitarną bez obrazowania harmonicznego do badań ginekologicznych, urologicznych o częstotliwości pracy głowicy z zakresu 4 – 9 MHz, kącie widzenia 148 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 6 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z głowicą endocavitarną bez obrazowania harmonicznego do badań ginekologicznych, urologicznych o częstotliwości pracy głowicy z zakresu 5 – 9 MHz, kącie widzenia 150 stopni?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 7 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z głowicą liniową o częstotliwości pracy z zakresu 5 – 13 MHz?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 8 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z możliwością rozbudowy o pakiet obliczeniowy / raport do badań kardiologicznych? Zamawiający nie wymaga zaoferowania głowicy kardiologicznej ani również rozbudowy o w/w głowicę.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 9 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej który posiada automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum natomiast częstotliwość pracy serca HR wyznaczana jest w sposób ręczny poprzez zaznaczenie określonej przez użytkownika ilości cykli pracy serca?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 10 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej bez wymienionego w tym punkcie modułu?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 11 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z możliwością rozbudowy o głowicę endowaginalną typu 3/4 D, paśmie pracy 5-9 MHz , pole widzenia 150 stopni, bez możliwości rozbudowy o głowicę do badań przezciężciowych?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 12 :

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny, o dynamice systemu 192 dB? W praktyce parametry ustawiane i używane parametry dynamiki nie przekraczają zakresu od 70 dB do 120 dB. Przy zbyt wysokiej dynamice powyżej 140 dB obrazy stają się nieczytelne. Poza tym najlepsze ultrasonografy czołowych producentów ultrasonografów często mają możliwość ustawienia maksymalnej wartości dynamiki 170 dB lub 180 dB. Dlatego wnioskujemy o dopuszczenie ultrasonografu klasy PREMIUM wyposażonego w najlepszą na rynku głowicę Endo o kącie patrzenia 230 stopni lub 256 elementach oraz maksymalnej dynamice równej 192 dB.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*



Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny, spełniający, a nawet przewyższający wszystkie parametry zawarte w punkcie 8 Załącznika nr 2, poza ilością zapamiętanych obrazów CINE? Oferowany Aparat może zapamiętać 2000 obrazów, czyli sekwencje znacznie dłuższe niż bywa zapisywane w codziennej praktyce.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny, wyposażony w obrazowanie krzyżowe, które dla zoptymalizowania działania trybów Dopplerowskich nie jest włączane w trakcie pracy w trybach Dopplerowskich, co zapewnia lepsze obrazowanie przepływów. Jest ona za to od razu na powrót włączane po opuszczeniu trybu Dopplerowskiego, co jednocześnie zapewnia najwyższą jakość diagnostyki w obrazie 2D(B-Mode)?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny, z bardzo czułymi trybami Dopplerowskimi o regulacji uchyłności (Steer) wiązki Dopplera +/- 15stopni?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny, wyposażony w głowicę Convex wykonana w nowoczesnej technologii Single – Crystal, o kącie widzenia min. 60 stopni, co w praktyce przekłada się na lepszą rozdzielczość, a kąt widzenia jest aż nadto wystarczający do badań?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 17:

Zamawiający w pkt. 23-27 wyspecyfikował bardzo podstawową głowicę endocavitarną. Wnosimy z innych parametrów aparatu, że może być on stosowany do bardziej wyspecjalizowanych badań, dlatego proponujemy podnieść wymagania stawiane głowice Endo, aby dostosować ją do ewentualnych potrzeb bardziej zaawansowanych badań.

Proponujemy następujące zmiany:

- w pkt. 25 było: „Ilość elementów – min. 128” zmiana na : „Ilość elementów min. 250”
- w pkt. 27 było: „Kąt widzenia - min. 160⁰” zmiana na: „Kąt widzenia – min. 230⁰”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu .*

Pytanie nr 18:

Dla zapewnienia najwyższej jakości badań z wykorzystaniem głowicy liniowej proponujemy następującą zmianę w brzmieniu pkt. 30 - było: „Ilość elementów – min. 192” na „Ilość elementów – min. 250”

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.*

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny, umożliwiający rozbudowę o głowicę convex 3/4 D pasmo pracy min. 1-6MHz. Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną typu 3/4 D pasmo pracy min. 3-10 MHz, pole widzenia min. 160 stopni. Głowicę microconvex tylko 2 D do badań przezciężniczkowych pasmo min. 5-8 MHz?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*



Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny intuicyjny i prosty w obsłudze i regulacji parametrów bez możliwości zdalnej korekty parametrów obrazowania, ale z możliwością zdalnej telefonicznej konsultacji z aplikantem w zakresie korekty tychże parametrów?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf stacjonarny nie umożliwiający regulacji 2D gain wzmocnienia zatrzymanych lub zarchiwizowanych obrazów i pętli obrazowych. Pragniemy tu zauważyć, że w kwestii wzmocnienia przy nadawaniu sygnału – jego ustawienie jest obiektywnie, fizycznie niewykonalne po zatrzymaniu obrazu, gdyż wtedy mamy do czynienia z obrazem lub pętlą, dla których sygnał został już nadany i odebrany. Wzmocnienie przy nadawaniu musi zostać ustalone przed nadaniem sygnału.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 22:

Wnioskujemy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wiedzę w jakim terminie otrzyma dotację celową z MON? Wnioskujemy o akceptację i potwierdzenie 60 dniowego terminu płatności od dnia instalacji.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza.*

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym monitorem LED 19" o wysokiej rozdzielczości 1280x1024 pikseli, umożliwiającym powiększenie obrazu diagnostycznego w czasie badania na cały ekran monitora, wyposażony w wysięgnik z możliwością pochylenia, obracania oraz zmianą wysokości względem pulpitu.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę .*

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z oprogramowaniem do wygładzania oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MP, współpracujące i regulowane podczas pracy na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami lecz bez możliwości uruchomienia funkcji – na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazach archiwalnych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, z głowicą conweksową z ilością 192 elementów o dużo szerszym zakresie częstotliwości pracy 2- 8 MHZ, oraz kątem widzenia 85 stopni.. Pragniemy zauważyć, że dużo szerszy zakres częstotliwości pracy głowicy, pozwoli na znacznie większe możliwości diagnostyczne w badaniach poszczególnych grup pacjentów.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, z możliwością rozbudowy aparatu o głowicę typu conweks 3/4 D z dużo szerszym pasmem pracy 2,6-8MHZ. Pragniemy zauważyć, że dużo szerszym zakresem częstotliwości pracy głowicy, pozwoli na znacznie większe możliwości w badaniach diagnostycznych.

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*



WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SP ZOZ ul. STEFCZYKA 11, 14-500 BRANIEWO
tel. 55 244-23-66 e-mail: wspplbraniewo@wp.pl NIP 582-14-87-023

Pytanie nr 27:

W związku z tym, że Zamawiający określił, iż aparat ma posiadać instrukcję w języku polski, a nie określił w jakim języku ma być menu aparatu, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści aparat z menu w języku koreańskim czy będzie bezwzględnie wymagał menu aparatu i instrukcję w języku polskim?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody na aparat w języku koreańskim, menu aparatu w języku polskim (preferowana) lub angielskim.*

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, bez możliwości rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną typu 3/4 D?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, z głowicą konweksową z ilością 128 elementów o szerszym zakresie częstotliwości pracy 2-6 MHz, oraz kątem widzenia powyżej 110 stopni?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający wyraża zgodę.*